Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™



Thompson ALIF 铰接臂系统用户手册：

THOMPSON ALIF 铰接臂系统组装说明

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

框架组装说明





小心：避免用框架部件压迫患者的身体，以防止神经损伤。

Thompson Retractor 以非无菌条件供货。请参阅 Thompson Retractor 使用说明以了解清洁、灭菌和保养说明。

参考 Thompson Retractor 使用说明以了解更多警告和小心的信息。

有关其他 Thompson Retractor 系统，请参考每个系统相应的用户手册。

如果使用 JACKSON 脊椎手术台：JACKSON 框架适配器

将 Jackson 框架适配器放在手术台上，顺时针转动旋钮拧紧。固定好之后，即可加装 Thompson 导轨夹。

注：Jackson 框架适配器仅用于安装 Thompson Retractor。请勿与其他牵开器一起使用，因为可能不兼容。



安装导轨夹

将 Elite Rail Clamp 放在在靠近患者腋下的无菌铺巾上方的导轨上，并沿顺时针方向旋转顶部旋钮拧紧。在手术台的另一侧，靠近大腿上部，切口中点以下 25 - 30 厘米处重复上述操作。





框架组装说明 *(续)*

安装铰接臂

导轨夹接头处于解锁位置时，将铰接臂插入导轨夹接头并根据需要定位。通过翻转凸轮手柄锁定。对剩余的臂重复此步骤。



调节铰接臂

如需调节铰接臂，逆时针转动黑色旋钮松开，根据需要进行调节，然后顺时针转动旋钮拧紧并固定位置。



安装和调节牵开器刀片

S-LOCK®

按下柱塞并插入刀片凸头，将刀片安装到手柄上。按下柱塞释放刀片，即可在“旋转”和“锁定”位置之间切换。



快速变角

可以用手或用 T 形手柄将刀片向上或向下倾斜 45°角。



问题或其他信息：

+1 231 922 0177

Rev A
041822
alaaum-zh

Uncompromised Exposure

访问我们的网站：**THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
电话：+1 231 922 0177
传真：+1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
荷兰

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® ⊗ 和"T Circle"徽标是 Thompson Surgical Instruments, Inc. 的注册商标。
专利信息：trpat.com
注：由于我们不断努力尽可能提供最好的产品，本文档中的一些图像可能与收到的产品略有不同。

Made In USA