Uncompromised Exposure™

Thompson Retractor



دليل مستخدم نظام مِبْعاد Thompson للثدي:

تعليمات إعداد أنظمة مِبْعاد THOMPSON للثدي

THOMPSONSURGICAL.COM « +1 231 922 0177

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS

دليل مستخدم نظام مِبْعاد Thompson للثدي

تنبيه: تجنب الضغط على جسم المريض بمكونات الإطار لمنع تلف الأعصاب.

جهاز Thompson Retractor متوفر في حالة غير معقمة. ارجع إلى تعليمات استخدام Thompson Retractor للتعرف على تعليمات التنظيف والتعقيم والعناية.

ارجع إلى تعليمات استخدام Thompson Retractor للاطلاع على مزيدٍ من التحذيرات والتنبيهات.

للتعرف على أنظمة Thompson Retractor الأخرى، ارجع إلى دليل مستخدم كلٍ منها.

تعليمات إعداد الإطار: التوصيل المباشر بـ Elite Rail Clamp





خطوة الإطار 1: المشبك الحديدي

ضع Elite Rail Clamp على القضيب فوق الستارة المعقمة، وأدر المقبض العلوي في اتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطه.

خطوة الإطار 2: إضافة الأذرع المفصلية

أدخل الذراع المفصلي في المفصل على Elite Rail Clamp، وثبته في مكانه، واقلب مقبض مفصل الكامة لقفله. كرر الخطوات مع الذراع المفصلي الثاني والمفصل الثاني. بمجرد وضع الذراع المفصلي في مكانه، اضبطه من خلال تدوير المقبض الأسود في عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه وفي اتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطه.





تعليمات إعداد الإطار: توصيل العارضة الاختيارية



خطوة الإطار 1: المشبك الحديدي

ضع Elite Rail Clamp على القضيب فوق الستارة المعقمة، وأدر المقبض العلوي في اتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطه. (الصور الموضحة للخطوة 1 في الصفحة السابقة.)

خطوة الإطار 2: العارضة

أدخل العارضة في المفصل على Elite Rail Clamp، وثبتها في مكانه، واقلب مقبض مفصل الكامة لقفله.

خطوة الإطار 3: إضافة الأذرع المفصلية

أدخل الذراع المفصلي في المفصل على العارضة، وثبته في مكانه، واقلب مقبض مفصل الكامة لقفله. كرر الخطوات مع الذراع المفصلي الثاني والمفصل الثاني. بمجرد وضع الذراع المفصلي في مكانه، اضبطه من خلال تدوير المقبض الأسود في عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه وفي اتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطه.



إضافة نَّصْلات مِبْعاد

S-LOCK® الذراع مفصلي + النَّصْلات

قم بتوصيل النَّصْل بالذراع المفصلي من خلال دفع الكبَّاس وإدخال حَلمة النَّصْل. ادفع الكبَّاس لتحرير النَّصْل، وقم بالتبديل بين وضعي "دوران" و"مغلق".









تعليمات إعداد الإطار: الإطار C



خطوة الإطار 1: المشبك الحديدي

ضع Elite Rail Clamp على القضيب فوق الستارة المعقمة، وأدر المقبض العلوي في اتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطه.

خطوة الإطار 2: إضافة ذراع التمديد

أدخل ذراع التمديد في المفصل على مشبك Elite Rail Clamp وثبته في مكانه، واقلب مقبض مفصل الكامة لقفله. بمجرد وضع ذراع التمديد في مكانه، اضبطه من خلال تدوير المقبض الأسود في عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه وفي اتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطه.

نصيحة: لتوصيل أسهل، أحكِم ربط المقبض الأسود قبل هذه الخطوة، مع الاحتفاظ بالجزء القابل للضبط من الذراع في مكانه.

نصيحة: قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديل بعد إضافة الإطار C في الخطوة التالية.





تعليمات إعداد الإطار: الإطار C (يتبع)

خطوة الإطار 3: إضافة الإطار C

ضع الإطار C في المفصل الرزي على الذراع المفصلي. استخدم مقبض حرف T لإحكام الربط.




تعليمات Lite Wand Xe

جهاز LITE WAND XE الخطوة 1: إضافة جهاز LITE WAND إلى الإطار

اشبك مفصل جهاز Lite Wand Xe في أي مكان على إطار المِبْعاد الذي سيسمح للطرف البعيد من المصباح بالإضاءة بعمق داخل الشق.





جهاز LITE WAND XE الخطوة 2: تعديل جهاز LITE WAND

قم بثني الوصلة المنحنية لوضع الطرف البعيد لجهاز Lite Wand Xe فوق الشق.




المقابض + النَّصْلات

S-LOCK® مقابض ونَّصْلات

قم بتوصيل النَّصْل بالمقبض من خلال دفع الكبَّاس وإدخال حَلمة النَّصْل. ادفع الكبَّاس لتحرير النَّصْل، وقم بالتبديل بين وضعي "دوران" و"مغلق".



مقابض ذات زوايا سريعة

تمكن إمالة النَّصْلات بزاوية 45 درجة إلى أعلى أو إلى أسفل باليد أو بمقبض حرف T.



مقبض MICRO-ADJUSTABLE الصغير

أبعد النَّصْلات أكثر من خلال تدوير مقبض Micro-Adjustable الصغير في اتجاه عقارب الساعة. حرر الشدّ بالضغط على الماسكة.



المقابض + النَّصْلات *(تابع)*

توصيل المقبض المدخل

مع وضع المفصل في الوضع غير المغلق، اشبكه على الإطار في الموقع المرغوب وقم بوضع النَّصْل في الشَق واقلب مقبض مفصل الكامة لتثبيته في مكانه.

إزالة مقبض التوصيل

اقلب مقبض مفصل الكامة إلى الوضع غير المغلق، واضغط على الجزء الخلفي من مفصل الكامة باستخدام أصبعي الإبهام والسبابة، وارفعه لخلعه برفق من الذراع.



Rev B
042122
brstum-ar

لطرح الأسئلة أو طلب معلومات إضافية:
+1 231 922 0177

Uncompromised Exposure

تفضل بزيارتنا عبر الإنترنت: **THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
هاتف: +1 231 922 0177
فاكس: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

REP EC
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
هولندا

CE 0297

Made In USA

حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة Thompson Surgical Instruments, Inc.

S-Lock® ® ® وعلامة الشعار "T Circle" هما علامتان تجاريتان مسجلتان تابعتان لشركة Thompson Surgical Instruments, Inc.

براءات الاختراع: trpat.com

ملحوظة: فيما نسعى جاهدين باستمرار لتوفير أفضل المنتجات قدر الإمكان، قد تظهر بعض الصور في هذه الوثيقة مختلفة قليلاً عن المنتج المستَلم.