Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™



Thompson krūts retraktora sistēmas lietotāja rokasgrāmata:

IESTATĪŠANAS NORĀDĪJUMI THOMPSON KRŪTS RETRAKTORU SISTĒMĀM

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

Thompson krūts retraktora sistēmas lietotāja rokasgrāmata

UZMANĪBU! Lai novērstu nervu bojājumus, nepieļaujiet pacienta ķermeņa saspiešanu ar rāmja sastāvdaļām.

Thompson Retractor izstrādājumi tiek piegādāti nesterilā veidā. Informāciju par tīrīšanas, sterilizācijas un apkopes norādījumiem skatiet Thompson Retractor lietošanas instrukcijās.

Skatiet Thompson Retractor lietošanas instrukcijas, lai saņemtu informāciju par papildu brīdinājumiem un piesardzības norādēm.

Citām Thompson Retractor sistēmām skatiet attiecīgo lietotāja rokasgrāmatu.

Rāmja iestatīšanas norādījumi: tieša pievienošana pie Elite Rail Clamp





RĀMJA 1. DARBĪBA: SLIEDES SKAVA

Novietojiet Elite Rail Clamp uz sliedes virs sterilā drapējuma un grieziet augšējo grozāmpogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to pievilktu.



RĀMJA 2. DARBĪBA: PIEVIENOJIET SAVIENOJUMA PLECUS

Ievietojiet savienojuma plecu savienojumā uz Elite Rail Clamp, novietojiet to un pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi, lai nofiksētu. Atkārtojiet ar otru savienojuma plecu un otru savienojumu. Pēc tam, kad tas atrodas vietā, pielāgojiet savienojuma plecu, griežot melno grozāmpogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to palaistu vaļīgāk, vai pulksteņrādītāja virzienā, lai to pievilktu.



Rāmja iestatīšanas norādījumi: Izvēles šķērsstieņa piesaistne



RĀMJA 1. DARBĪBA: SLIEDES SKAVA

Novietojiet Elite Rail Clamp uz sliedes virs sterilā drapējuma un grieziet augšējo grozāmpogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to pievilktu. (Attēli parāda 1. darbību iepriekšējā lappusē)

RĀMJA 2. DARBĪBA: ŠĶĒRSSTIENIS

Ievietojiet šķērsstieni savienojumā uz Elite Rail Clamp, novietojiet to un pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi, lai nofiksētu.

RĀMJA 3. DARBĪBA: PIEVIENOJIET SAVIENOJUMA PLECUS

Ievietojiet savienojuma plecu savienojumā uz šķērsstieņa, novietojiet to un pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi, lai nofiksētu. Atkārtojiet ar otru savienojuma plecu un otru savienojumu. Pēc tam, kad tas atrodas vietā, pielāgojiet savienojuma plecu, griežot melno grozāmpogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to palaistu vaļīgāk, vai pulksteņrādītāja virzienā, lai to pievilktu.



Retraktora lāpstiņu pievienošana

S-LOCK® SAVIENOJUMA PLECS UN LĀPSTIŅAS

Pievienojiet lāpstiņu savienojuma plecam, nospiežot virzuli un ievietojot lāpstiņas nipeli. Nospiediet virzuli, lai atbrīvotu lāpstiņu un pārslēgtu starp "pagriešanas" un "fiksēto" stāvokli.









Rāmja iestatīšanas norādījumi: C veida rāmis



RĀMJA 1. DARBĪBA: SLIEDES SKAVA

Novietojiet Elite Rail Clamp uz sliedes virs sterilā drapējuma un grieziet augšējo grozāmpogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to pievilktu.



RĀMJA 2. DARBĪBA: PIEVIENOJIET SAVIENOJUMA PLECU

Ievietojiet pagarinājuma sviru savienojumā uz Elite Rail Clamp, novietojiet to un pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi, lai nofiksētu. Pēc tam, kad tas atrodas vietā, pielāgojiet pagarinājuma sviru, griežot melno grozāmpogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to atslābinātu, vai pulksteņrādītāja virzienā, lai to pievilktu.

PADOMS: Vieglākai pievienošanai, pievelciet melno grozāmpogu pirms šis darbības, noturot sviras pielāgojamo daļu vietā.

PADOMS: Pēc C veida rāmja pievienošanas nākamajā darbībā var būt nepieciešama turpmāka pielāgošana.



Rāmja iestatīšanas norādījumi: C veida rāmis *(turpinājums)*

RĀMJA 3. DARBĪBA: PIEVIENOJIET C VEIDA RĀMI

Ievietojiet C veida rāmi viras savienojumā uz savienojuma pleca. Izmantojiet T-rokturi, lai pievilktu.



Lite Wand Xe norādījumi

LITE WAND XE 1. DARBĪBA: PIEVIENOJIET LITE WAND RĀMIM

Uzspiediet Lite Wand Xe savienojumu jebkurā vietā uz retraktora rāmja, kas ļaus gaismas ķermeņa distālajam galam iekļūt dziļi incīzijā.



LITE WAND XE 2. DARBĪBA: PIELĀGOJIET LITE WAND

Salieciet liekto cauruli, lai novietotu Lite Wand Xe distālo galu virs incīzijas.



Rokturi un lāpstiņas

S-LOCK® ROKTURI UN LĀPSTIŅAS

Pievienojiet lāpstiņu rokturim, nospiežot virzuli un ievietojot lāpstiņas nipeli. Nospiediet virzuli, lai atbrīvotu lāpstiņu un pārslēgtu starp "pagriešanas" un "fiksēto" stāvokli.



ĀTRĀ LEŅĶA ROKTURI

Lāpstiņas var pagriezt par 45° uz augšu vai leju ar roku vai T-rokturi.



MINI MICRO-ADJUSTABLE ROKTURI

Atvelciet lāpstiņas vairāk, griežot Mini Micro-Adjustable roktura grozāmpogu pulksteņrādītāja kustības virzienā. Atbrīvojiet spriegumu, nospiežot sprūdu.



Rokturi un lāpstiņas *(turpinājums)*

UZSPIEŽAMĀ ROKTURA PIESAISTNE

Kad savienojums atrodas atbrīvotā stāvoklī, uzspiediet uz rāmja vajadzīgajā vietā, novietojiet lāpstiņu griezuma vietā un pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi, lai to nofiksētu vietā.

UZSPIEŽAMĀ ROKTURA NOŅEMŠANA

Pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi atbrīvotā stāvoklī, saspiediet ekscentra savienojuma aizmuguri ar īkšķi un rādītājpirkstu un uzmanīgi novelciet no pleca.



Jautājumi vai papildu informācija:

+1 231 922 0177

Rev B
042122
brstum-lv

Uncompromised Exposure

APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ: **THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684, ASV
tālrunis: +1 231 922 0177
fakss: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
NĪDERLANDE

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® ® un "T Circle" logotipa preču zīme ir reģistrētas Thompson Surgical Instruments, Inc. preču zīmes.

Patenti: trpat.com

Piezīme. Tā kā nepārtraukti cenšamies nodrošināt vislabākos iespējamos izstrādājumus, daži attēli šajā dokumentā var nedaudz atšķirties no saņemtā izstrādājuma.

Made In USA