Uncompromised Exposure™

Thompson Retractor

دليل المستخدم لرافعة عظم الفخذ من Thompson:

تعليمات تركيب رافعة عظم الفخذ من THOMPSON

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS

Thompson Retractor

تعليمات تركيب رافعة عظم الفخذ



تنبيه: تجنب الضغط على جسم المريض بمكونات الإطار لمنع تلف الأعصاب.

جهاز Thompson Retractor متوفر في حالة غير معقمة. ارجع إلى تعليمات استخدام Thompson Retractor للتعرف على تعليمات التنظيف والتعقيم والعناية.

ارجع إلى تعليمات استخدام Thompson Retractor للاطلاع على مزيدٍ من التحذيرات والتنبيهات.

للتعرف على أنظمة Thompson Retractor الأخرى، ارجع إلى دليل مستخدم كلٍ منها.

العنوان التوضيحي للرمز:

الشركة المصنعة	الممثل المعتمد في المجموعة الأوروبية	علامة مطابقة الجودة الأوروبية	تحذيرات / احتياطات	غير معقم

في حال استخدام طاولة Hana® أو نظام تثبيت الساق، مثل Arch

ضع ممدد القضيب فوق الستارة المعقمة وأدر المقبض العلوي في اتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطه.



الخطوة 1: المشبك الحديدي

ضع Elite Rail Clamp على القضيب فوق الستارة المعقمة، وأدر المقبض العلوي في اتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطه.



الخطوة 2: الذراع المستقيم

أدخل الذراع المستقيم في المفصل الموجود على Elite Rail Clamp، وثبته في مكانه، واقلب مقبض مفصل الكامة لتثبيته في موضعه.



الخطوة 3: مقبض الرافعة

ضع مقبض الرافعة وثبته في مكانه عن طريق إغلاق المفصل.

الخطوة 4: الخطاف

استخدم مقبض حرف T في نهاية خطاف عظم الفخذ الأدنى لتثبيت الخطاف في مكانه. أدخل الكرة في مقبض ذراع الرافعة لثبيته في مكانه.



الخطوة 5: الإبعاد

إذا اقتضى الأمر إبعادًا إضافيًا، فاستخدم مقبض قابل للتعديل عن طريق إدارة المقبض لإبعاد إضافي.
اضغط على الماسكة لتحرير الإبعاد.

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
هاتف: 231.922.0177 1+
فاكس: 231.922.0174 1+
thompsonsurgical.com

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.
® علامة الشعار "T Circle" لـ Thompson هي علامة تجارية مسجلة تخص شركة Thompson Surgical Instruments, Inc.
براءات الاختراع: trpat.com

REP EC
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
هولندا

CE 0297

المراجعة أ
021822
hipfeum-ar