Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

Manuel d'utilisation de l'élévateur fémoral Thompson :

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ÉLÉVATEUR FÉMORAL THOMPSON

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

Instructions d'installation de l'élévateur fémoral

Thompson Retractor



MISE EN GARDE : Éviter de comprimer le corps du patient avec les éléments du cadre afin de prévenir toute lésion nerveuse.

Le Thompson Retractor est fourni non stérile. Consulter le mode d'emploi du Thompson Retractor pour les instructions de nettoyage, de stérilisation et d'entretien.

Consulter le mode d'emploi du Thompson Retractor pour d'autres avertissements et mises en garde.

Pour les autres systèmes Thompson Retractor, se reporter au manuel d'utilisation de chacun d'entre eux.

Légende des symboles :

Fabricant	CE REP Mandataire établi dans l'Union européenne	CE 0297 Marquage CE	Avertissements/ précautions	Non stérile

En cas d'utilisation d'une table Hana® ou d'un système de positionnement de jambe comme une Arch

Placer la rallonge de rail au-dessus du champ stérile et tourner la molette supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.



Étape 1 : Pince de rail

Placer l'Elite Rail Clamp sur le rail au-dessus du champ stérile et tourner la molette supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.



Étape 2 : Bras rectiligne

Insérer le bras rectiligne dans l'articulation de l'Elite Rail Clamp, le positionner, puis retourner la poignée du joint à came pour verrouiller.



Étape 3 : Poignée d'élévateur

Positionner la poignée d'élévateur et la verrouiller en place en fermant le joint.

Étape 4 : Crochet

Utiliser la poignée en T au niveau de l'extrémité proximale du crochet fémoral afin de mettre le crochet en place. Insérer la bille dans la poignée du bras d'élévateur pour le maintenir en place.



Étape 5 : Écartement

Si un écartement additionnel est nécessaire, utiliser la poignée micro-ajustable en tournant la molette afin d'écarter davantage.
Appuyer sur le cliquet pour relâcher l'écartement.

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
téléphone : +1 231.922.0177
fax : +1 231.922.0174
thompsonsurgical.com

CE REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haye
PAYS-BAS

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.
® Le logo Thompson représentant un T dans un cercle est une marque déposée de Thompson Surgical Instruments, Inc.
Brevets : trpat.com

Rév. A
021822
hipfeum-fr