Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™



Thompson OneFrame™ユーザーマニュアル：

THOMPSON ONEFRAME™のセットアップ方法

OneFrame™セットアップ方法



注意：神経の損傷を防ぐため、患者の身体をフレームコンポーネントで圧迫することは避けてください。

Thompson Retractorは、未滅菌の状態で提供されています。洗浄、滅菌およびお手入れの方法については、Thompson Retractorの使用説明書を参照してください。

その他の警告と注意については、Thompson Retractorの使用説明書を参照してください。

その他のThompson Retractorシステムについては対応する各ユーザーマニュアルを参照してください。

ステップ1：レールクランプ

滅菌ドレープで覆ったレールの上にElite Rail Clampを置いて、上端のノブを時計回りに回転させて固定します。



ステップ2：ONEFRAME™をELITE RAIL CLAMPに取り付ける

OneFrame™のサポートアームをElite Rail Clampのジョイント部に挿入し、望みの位置に配置した後、カムジョイントハンドルを反転させて固定します。

ONEFRAME™のセットアップ方法（続き）

ステップ3：OneFrame™アーム

OneFrame™のジョイントをロック解除した状態で、必要に応じてフレームアームを調整します。ジョイントを180°反転させて、所定の位置にロックします（アームから離れる位置。）

注記：製品の破損を防ぐため、フレームジョイントがロックされた状態でフレームアームを動かさないこと。



ハンドル+ブレード

クリップオンハンドルの取り付け

ジョイントがアンロック位置にある状態で、希望の場所のフレームにクリップで固定、ブレードを切開部に配置し、カムジョイントハンドルをフリップさせて所定の位置に固定します。



クリップオンハンドルの取り外し

カムジョイントハンドルをアンロック位置にフリップさせ、親指と人差し指でカムジョイントの後ろをつまんで、アームからそっと持ち上げて外します。



S-LOCK®ハンドル＋ブレード

プランジャーを押し、ブレードのニップルを挿入してブレードをハンドルに取り付けます。プランジャーを押してブレードを解放すると「回転」と「ロック」位置間を切り替えることができます。



クイックアングルハンドル

ブレードは手またはT型ハンドルで上下45度に角度を調節できます。



MICRO-ADJUSTABLEハンドル

Micro-Adjustableハンドルノブを時計回りに回すと、ブレードがさらに引っ張られます。爪を押して張力を解放します。



ご質問がある場合、またはさらに詳しい情報が必要な場合は以下にご連絡ください：

+1 231 922 0177

改訂B版
042921
tofum-ja

Uncompromised Exposure

弊社ウェブサイトをご覧ください：**THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
電話: +1 231.922.0177
ファックス: +1 231.922.0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
オランダ

© 2020 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock®、PLA®、およびThompsonの「丸T」ロゴマークはThompson Surgical Instruments, Inc.の登録商標です。

™ OneFrame™はThompson Surgical Instruments, Inc.の登録商標です。

特許権利者：trpat.com

記号一覧：

製造者	EC REP EC認定代理人	CE 0297 CEマーク	警告/注意	非滅菌

CE 0297

Made In USA