كُم السيليكون

معلومات مهمة لاستخدام أكمام سيليكون THOMPSON

تهدف تعليمات الاستخدام هذه إلى مساعدة موظفي الرعاية الصحية في ممارسات المناولة الآمنة، والمعالجة الفعالة لملحق كُم السيليكون من Thompson Surgical Instruments, Inc.

كُم السيليكون هو منتج مخصص للاستعمال مرة واحدة فقط. كل منتجات وملحقات Thompson Retractor خالية من مادة اللاتكس.

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS

Thompson Surgical Instruments, Inc.
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
قم بالإشارة إلى رقم رخصة البضاعة العائدة (RMA #) على شحنات العائدات

الهاتف: 227-7543 (800) (داخل الولايات المتحدة الأمريكية)
+1 (231) 922-0177 (خارج الولايات المتحدة الأمريكية)
فاكس: +1 (231) 922-0174

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
هولندا

CE 0297

Rev A
012420
silsifu-ar

العربية

معلومات مهمة لاستخدام أكمام سيليكون THOMPSON

يُرجى قراءة التالي قبل الاستخدام

قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى جعل الجهاز غير قابل للاستخدام، وقد يؤدي إلى إلغاء الضمان المعين للمنتج.

الاستخدام المقصود:

يُستخدم كُم السيليكون مع مِبْعادات Thompson Surgical Instruments كما يرد في الكتالوجات والمنشورات. كُم السيليكون مصمم لكي يناسب محيط نَّصْلات المِبْعاد لتوفير إبعاد لطيف وناعم للنسيج فيما يتصل بنَّصْلات المِبْعاد.

NON STERILE يتم توفير أكمام السيليكون بدون تعقيم. **يجب فحص أكمام السيليكون وتنظيفها وتعقيمها قبل استخدامها.**

موانع الاستخدام:

لا شيء معروف.

القيود المفروضة على إعادة المعالجة:

كُم السيليكون هو منتج مخصص للاستعمال مرة واحدة فقط، ولا يجوز إعادة تعقيمه.

تحذيرات واحتياطات:

PPE (معدات الحماية الشخصية): يجب ارتداؤها، حسب بروتوكول كل مستشفى، عند مناولة أو العمل مع أدوات ملوثة (أو يُحتمل أن تكون ملوثة).

يُحظر إعادة استخدامه، كُم السيليكون هو منتج مخصص للاستعمال مرة واحدة فقط.

يُحظر إعادة تعقيمه، كُم السيليكون هو منتج مخصص للاستعمال مرة واحدة فقط، ولا يجوز إعادة تعقيمه.

1. يجب أن يكون المهنيون الطبيون على دراية بجميع مطبوعات الدعم ومقاطع الفيديو الخاصة بالمنتج لتنفيذ إجراءات مع هذا الجهاز قبل الاستخدام.
2. العديد من المتغيرات مثل تشريح المريض، وعلم الأمراض، والتقنيات الجراحية قد تؤثر على نتيجة الإجراء. اختيار المريض والمنتج والإجراء هو مسؤولية المِهَني الطبي.
3. لا تفرِط في الإبعاد. استخدم قدر ما هو ضروري فقط من الإبعاد لتوفير التعرض والوصول المناسبين.
4. يُحظر الاستخدام، إذا بدا أن كُم السيليكون تالف أو متآكل.
5. تجنب ثقب/قطع كُم السيليكون في الجسم الحي أو عند إبعاده بالكامل حول نَّصْل مفتوح.
6. يتم توفير المنتجات بدون تعقيم، ويجب تنظيفها وتعقيمها قبل الاستخدام.
7. أكمام السيليكون من Thompson مخصصة للاستعمال فقط مع منتجات Thompson Retractor الأخرى.
8. إن استخدام كُم السيليكون لأي غرض آخر غير ما هو موضح هنا وفي أدلة المستخدم للجهاز المرتبطة به، قد يسبب تلف أو فشل الجهاز الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة للمريض أو وفاته.
9. يقصر القانون الفيدرالي الأمريكي بيع هذا الجهاز على طبيب أو بناء على طلب منه.

العناية والصيانة الصحيحتان:

لضمان حفاظ كُم السيليكون على الشكل الأسطواني، لا تسحقه أثناء التعقيم. كُم السيليكون مصنوع من مطاط سيليكون نصف شفاف ذي فئة طبية. يمكن أن يُخزَّن لمدة تصل إلى 5 سنوات على النحو الموصوف في تاريخ انتهاء الصلاحية على ملصق كُم السيليكون. بعد الاستعمال، قد يصبح هذا المنتج خطرًا بيولوجيًا محتملاً. تعامل معه وتخلص منه طبقًا للممارسة الطبية المقبولة والقوانين واللوائح التنظيمية المحلية والحكومية والفيدرالية المعمول بها.

تعقيم

1. قم بترتيب الأدوات في أدراج الأدوات المخصصة للتأكد من أن التعقيم يمكن أن يخترق جميع الأسطح.
2. قم بلف الأدوات أو درج الأدوات في طبقتين من البولي بروبلين ذي الطية الواحدة، وذلك باستخدام تقنيات اللف المتتالية.
3. قم بوضع الأدوات الملفوفة في المعقِّم، بعد التصديق على المعلمات كما هو مبين أدناه.

تم التصديق على معلمات Prevacuum للتعقيم بالبخار

نوع المعقِّم: Prevacuum
نبضات التهيئة الأولية: 4
درجة الحرارة: 132 درجة مئوية (270 درجة فهرنهايت)
وقت التعرض: 4 دقائق
وقت التجفيف: 30 دقيقة *

تم التصديق على معلمات Gravity للتعقيم بالبخار

نوع المعقِّم: Gravity
درجة الحرارة: 121 درجة مئوية (250 درجة فهرنهايت)
وقت التعرض: 30 دقيقة
وقت التجفيف: 30 دقيقة *

*تم التصديق على أوقات التجفيف باستخدام مرحلة الباب المفتوح لمدة 15 دقيقة ومرحلة التبريد لمدة 30 دقيقة.

المنتج	الطريقة	الدورة	درجة حرارة الدورة	وقت التعرض	أدنى وقت تجفيف
Thompson Retractor	البخار	Prevacuum	132 درجة مئوية (270 درجة فهرنهايت)	4 دقائق	30 دقيقة
Thompson Retractor	البخار	Gravity	121 درجة مئوية (250 درجة فهرنهايت)	30 دقيقة	30 دقيقة

الوزن الكلي للأدوات الملفوفة أو الدرج لا يجوز أن يتجاوز 11.4 كجم (25 رطلا). زيادة الوزن، بعد التعقيم، يجب ألا تتجاوز 3% من 11.4 كجم (25 رطلا).

التخزين والاستخدام

التخزين: قم بتخزين الأدوات المعقمة والمعبأة في منطقة وصول محدود ذات تهوية جيدة ومحمية من الملوثات وجافة.

الاستخدام: قم بفحص التعقيم الخاص بتعبئة الأداة بحذر قبل الاستخدام، مع التأكد من المحافظة على سلامة الحزمة.

الضمان والإصلاح والصيانة:

كُم السيليكون مضمون خلوه من العيوب في المواد والتصنيع عند وصوله. لخدمة العملاء وإذن الإرجاع، يُرجى الاتصال بالرقم: 1-231-922-0177

العنوان التوضيحي للرمز:

الشركة المصنعة	EC REP EC Rep	CE 0297 علامة مطابقة الجودة الأوروبية	تحذيرات / احتياطات	مخاطر بيولوجية	يُحظر إعادة الاستخدام	غير معقم	يُحظر إعادة التعقيم	حافظ عليه جافًا / احمِه من الرطوبة	يُحظر استخدامه إذا كانت الحزمة تالفة / بها أي ضرر