सिलिकॉन स्लीव

THOMPSON सिलिकॉन स्लीव्स के उपयोग हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

यह आईएफ़यू स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों को Thompson Surgical Instruments, Inc. की सिलिकॉन स्लीव एक्सेसरी की सुरक्षित हैंडलिंग परिपाटियों और प्रभावी प्रक्रमण में सहयोग देने के लिए है।

सिलिकॉन स्लीव एक एकल-उपयोग उत्पाद है। सभी Thompson Retractor उत्पाद और एक्सेसरीज़ लेटेक्स-मुक्त हैं।

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS

Rev A
012420
silsifu-hi

Thompson Surgical Instruments, Inc.
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
वापसी शिपमेंट्स पर (RMA #) लिखें

फ़ोन: (800) 227-7543 (USA में)
+1 (231) 922-0177 (USA से बाहर)
फ़ैक्स: +1 (231) 922-0174

CE 0297

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
नेदरलैंड्स

हिंदी

THOMPSON सिलिकॉन स्लीव्स के उपयोग हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

कृपया उपयोग से पहले पढ़ें

इन निर्देशों का उपयोग नहीं करने पर यंत्र उपयोग के लिए अयोग्य हो सकता है और उत्पाद विशिष्ट वारंटी अमान्य हो सकती है।

अभीष्ट उपयोग :
सिलिकॉन स्लीव उत्पाद-सूचियों और विवरणिकाओं में वर्णित के अनुसार Thompson Surgical Instruments के रिट्रैक्टर्स के साथ उपयोग करने के लिए हैं। सिलिकॉन स्लीव को रिट्रैक्टर ब्लेड्स के साथ मिलकर मृदूतकों को सौम्यता से खींचकर खुला रखने के कार्य में रिट्रैक्टर ब्लेड्स की परिधि के इर्द-गिर्द फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

NON STERILE सिलिकॉन स्लीव्स नॉन-स्टेराइल अवस्था में आते हैं। **उपयोग से पहले सिलिकॉन स्लीव्स का निरीक्षण, सफाई और स्टरिलाइज़ेशन आवश्यक है।**

निषेध-स्थितियां:
कोई भी ज्ञात नहीं।

पुन:प्रक्रमण पर सीमाबंधन:
सिलिकॉन स्लीव एक एकल-उपयोग उत्पाद है और इसे दोबारा स्टरिलाइज़ नहीं किया जा सकता है।

चेतावनियां और सावधानियां:

PPE (व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण): संदूषित (या संभावित रूप से संदूषित) उपकरणों का प्रबंध करते या काम करते समय अस्पताल विशेष के प्रोटोकोल के अनुसार धारण किया जाना चाहिए।

दोबारा उपयोग न करें, सिलिकॉन स्लीव केवल एक बार उपयोग के बाद फेंक दिया जाने वाला, एकल-उपयोग उत्पाद है।

दोबारा स्टरिलाइज़ न करें, सिलिकॉन स्लीव एक एकल-उपयोग उत्पाद है और इसे दोबारा स्टरिलाइज़ नहीं किया जा सकता है।

1. चिकित्सा पेशेवरों को उपयोग से पहले इस डिवाइस के साथ कार्यविधियों को संपन्न करने के लिए समस्त उत्पाद सहायता साहित्य और वीडियोज से परिचित होना चाहिए।
2. रोगी की शरीर-रचना, पैथोलॉजी और सर्जिकल प्रविधियाँ की तरह की बहुत सी चर वस्तुएं कार्यविधि के परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। रोगी, उत्पाद और कार्यविधि का चयन चिकित्सा पेशेवर का उत्तरदायित्व है।
3. वापस नहीं लौटाएं। पर्याप्त संपर्क और पहुँच प्रदान करने के लिए केवल उतने ही प्रतिकर्षक का उपयोग करें जितना आवश्यक हो।
4. यदि सिलिकॉन स्लीव क्षतिग्रस्त या कटा-फटा दिखे तो उपयोग न करें।
5. सिलिकॉन स्लीव के रोगी पर उपयोग के दौरान या जब वह किसी खुले ब्लेड के इर्द-गिर्द पूरी तरह पीछे खिंचा हुआ हो तब उसमें न तो छेद करें और न ही उसे काटें।
6. उत्पाद नॉन-स्टेराइल अवस्था में प्रदान किए जाते हैं और उपयोग से पहले उन्हें साफ और स्टरिलाइज़ करना आवश्यक है।
7. Thompson सिलिकॉन स्लीव्स केवल अन्य Thompson Retractor उत्पादों के साथ उपयोग के लिए हैं।
8. यहां और संबंधित यंत्र के उपयोगकर्ता मेनुअल्स में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिए सिलिकॉन स्लीव के उपयोग से यंत्र को क्षति पहुंच सकती है या वह विफल हो सकता है, जिससे रोगी को गंभीर चोट लग या क्षति पहुंच सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है।
9. अमेरिकी संघीय कानून डॉक्टर को या उसके आदेश पर इस डिवाइस की बिक्री को सीमित करता है।

उचित देखभाल एवं रखरखाव:
सिलिकॉन स्लीव की बेलनाकार आकृति बनी रहे यह सुनिश्चित करने के लिए उसे स्टरिलाइज़ेशन के दौरान भींचें या कुचलें नहीं। सिलिकॉन स्लीव चिकित्सीय श्रेणी के पाराभासी सिलिकॉन इलास्टोमर से बनी है। सिलिकॉन स्लीव के लेबल पर अंकित समाप्ति दिनांक में वर्णित के अनुसार यह अधिकतम 5 वर्षों तक भंडारण में रखा जा सकता है। उसके बाद, यह उत्पाद संभावित जैवख़तरा बन सकता है। स्वीकृत चिकित्सा अभ्यास और लागू स्थानीय, राज्य एवं संघीय कानूनों और विनियमों के अनुसरण में हैंडलिंग और निपटान करें।

स्टरिलाइज़ेशन

1. यह सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों को समर्पित उपकरण तश्तरियों में व्यवस्थित करें कि जीवाणुनाशन सभी सतहों में पैठ सके।
2. लपेटने की आनुक्रमिक प्रविधियों का उपयोग करके 1-प्लाई पोलीप्रोपीलीन लपेटनों की 2 परतों में उपकरणों या उपकरण की तश्तरी को लपेटें।
3. जैसा कि नीचे इंगित किया गया है, मान्य मानकों का अनुसरण करते हुए जीवाणुनाशक यंत्र में लपेटे गए उपकरणों को रखें।

प्रीवैक्यूम स्टीम जीवाणुनाशन मानक मान्य
जीवाणुनाशन के प्रकार: प्रीवैक्यूम
पूर्वापेक्षा धड़कनें: 4.
तापमान: 132°C (270°F)
अरक्षितता का समय: 4 मिनट
शुष्क समय: 30 मिनट *

गुरुत्व स्टीम जीवाणुनाशन मानक मान्य
जीवाणुनाशन के प्रकार: गुरुत्व
तापमान: 121°C (250°F)
अरक्षितता का समय: 30 मिनट
शुष्क समय: 30 मिनट *

** शुष्क समयों का मान्यकरण 15 मिनट के खुला द्वार चरण और 30 मिनट के शीतलन चरण का उपयोग करके किया गया था।*

उत्पाद	विधि	चक्र	चक्र तापमान	अरक्षितता का समय	न्यूनतम शुष्क समय
Thompson Retractor	स्टीम	प्रीवैक्यूम	132°C (270°F)	4 मिनट	30 मिनट
Thompson Retractor	स्टीम	गुरुत्व	121°C (250°F)	30 मिनट	30 मिनट

लपेटे गए उपकरणों या तश्तरी का कुल वजन 11.4 किलो (25 पाउंड) से अधिक नहीं हो सकता है। वजन में वृद्धि, निर्जीवकरण के उपरांत 11.4 किलो (25 पाउंड) के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भंडारण और उपयोग

भंडारण : पहुँच के सीमित क्षेत्र में निर्जीवकृत, डिब्बाबंद उपकरणों को स्टोर करें, जहाँ पर हवा भलीभाँति आ-जा रही हो, संदूषकों से सुरक्षित हो और शुष्क हो।

उपयोग: पैकेट की अखंडता बनी हुई है इसे सुनिश्चित करते हुए उपयोग से पहले निर्जीवकृत उपकरण डिब्बाबंदी का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें।

वारंटी, मरम्मत एवं सर्विस:
सिलिकॉन स्लीव पर आप तक पहुंचने पर पदार्थों और कर्मकौशल के दोषों से मुक्त होने की वारंटी है। ग्राहक सेवा और वापसी के प्रमाणन के लिए, कृपया यहां कॉल करें: 1-231-922-0177.

प्रतीक चिह्न:

विनिर्माता	*EC Rep*	*CE Mark*	*चेतावनियाँ/ सावधानियाँ:*	*जैविक जोखिम*	*पुन: उपयोग नहीं करें*	*गैर-जीवाणुरहित*	*दोबारा स्टरिलाइज़ न करें*	*नमी से शुष्क/ सुरक्षित रखें*	*पैकेट अगर क्षतिग्रस्त है/उससे छेड़छाड़ की गई है तो उपयोग नहीं करें*